

漯河市生态环境局
关于舞阳县中心医院新院区新增数字减影血管
造影机装置应用项目环境影响报告表的批复

漯环辐审[2022]07号

舞阳县中心医院：

你单位(统一社会信用代码：1241112173909368XK)报送的由中辐环境科技有限公司编制的《舞阳县中心医院新院区新增数字减影血管造影机装置应用项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及相关材料收悉。该项目环评审批事项在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国放射性污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、项目主要建设内容

(一)种类和范围：原许可种类和范围增加使用II类射线装置。

(二)建设内容：本项目建设地点位于漯河市舞阳县北三环与北大街交叉口东北侧舞阳县中心医院新院区(原文峰乡卫生院)1号楼二楼东南侧，医院拟将新院区1号楼二楼东南侧手术室、闲置空房间等区域改建成1间数字减影血管造影机(以下简称“DSA”)机房及其配套用房，新增1台DSA射线装置，最大管电压为125kV，最大管电流为1000mA。

项目总投资800万元，环保投资80万元。

二、你单位应向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询。同时，应将经批准的《报告表》报送当地县（区）生态环境部门，并接受监督管理。

三、有关要求

（一）你单位应将《报告表》中各项污染防治措施落实到工程建设中，切实加强施工监督管理，确保项目的工程建设质量。

（二）你单位应设置辐射环境安全专（兼）职管理人员，建立并落实辐射防护、环境安全管理、事故预防、应急处理等规章制度。

（三）辐射工作场所须设置明显的电离辐射警示标志和中文警示说明。配备相应辐射监测仪器，制定监测计划定期对辐射工作场所及周围环境进行辐射监测，监测记录长期保存。

（四）射线装置安装、调试、使用时，应由专业技术人员操作。从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训，经考核合格后上岗，并定期进行个人剂量监测，建立和完善个人剂量档案。

（五）按时组织开展辐射安全与防护状况年度评估工作，发现安全隐患的，应立即进行整改，年度评估报告每年1月31日前报送原发证机关，同时抄送当地生态环境部门。

（六）按规定重新申领“辐射安全许可证”，并报告当地县（区）生态环境部门。取得“辐射安全许可证”后，该项目方可投入运行。

(七) 该项目竣工后，其配套建设的放射防护设施须经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

(八) 本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，环境影响评价文件应报我局重新审核。

2022年7月21日